



ochrana proti rentgenovému záření

ochrana pacientů ve stomatologii

Zástěry a límce s ochrannou známkou RADPROM vyrábí společnost V.M.K. již od roku 1993.

Ochranné oděvy jsou zhotoveny z lehkého, vícevrstvého stínícího materiálu, jsou proto lehké, flexibilní a pohodlné pro uživatele. Povrchovým materiálem je polyesterová tkanina se speciální úpravou pro snadné čištění. Použití je velice jednoduché: zástěry a límce se upínají stuhovým uzávěrem - suchým zipem.

Zástěry a límce nabízíme v několika barevných variantách a v různých velikostech. Rovněž je možné zvolit si stínící materiál – **vinyl s obsahem olova, či ekologicky šetrnější bezolovnatý vinyl.** Stínící ekvivalenty mohou být libovolné, standardně vyrábíme **s ekvivalentem 0,30 mm nebo 0,50 mm olova.**

Zástěry pro intraorální rentgen

Tyto zástěry byly navrženy pro kompletní ochranu krku, hrdla, hrudníku, ramen, břišní krajiny a pohlavních orgánů pacienta.

Skládají se pouze z předního celistvého dílu. Volné horní konce se upínají stuhovým uzávěrem za krkem pacienta. Jsou dostatečně velké, aby sahaly sedícímu pacientovi až po kolena, jak vyžadují mezinárodní doporučení.

Zástěry pro intraorální rentgen se vyrábějí ve dvou velikostech: pro děti a pro dospělé pacienty

Rozměry:	pro děti	délka 64 cm	šířka 40 cm
	pro dospělé	délka 76 cm	šířka 50 cm

Límce pro intraorální rentgen

Límeček je určen ke stínění štítné žlázy. Je důležité, aby límeček přiléhal v místě štítné žlázy velmi těsně k povrchu těla. Je to proto, že štítná žláza je nejvíce ohrožována zářením, které se při expozici rozptýlí v přední části čelisti. Pokud nemá límeček optimální velikost a není dobře připevněn, je stínění téměř neúčinné.

Límce jsou dodávány ve třech velikostech:

- pro děti 6 – 8 let
- pro mládež a útlejší dospělé
- pro silnější dospělé pacienty



Doporučujeme, abyste ve Vaší ordinaci měli k dispozici límce alespoň ve dvou velikostech. Předejdete tak případným problémům.



Zástěry pro panoramatický rentgen

Tento typ zástěry chrání pacienta před rozptýleným zářením zepředu i zezadu. Přední část zástěry je po zapnutí obou předních dílů pomocí stuhových uzávěrů zdvojená. Přední díly volně navazují přes rameno do zadního dílu tvaru písmene Y pro krytí páteře.

Límeček se při panoramatickém snímání nepoužívá. Štítná žláza je zde stíněná páteří, svazek vstupuje do pacienta zezadu. Límeček by rovněž mohl vytvořit na snímku nežádoucí výrazný stín, neboť rentgenový svazek je orientován mírně šikmo vzhůru.

Zástěry pro panoramatický rentgen se vyrábějí ve dvou velikostech, pro děti a pro dospělé pacienty.



zadní
díl

přední
díl

**Všechny výrobky RADPROM
jsou certifikovány značkou**



VŠE PRO RTG
VMK
ALL FOR X-RAY